

第三部分 采购内容及要求

一、项目总体要求

1、采购内容：肿瘤放疗门诊-铱-192 放射源

2、预算控制金额：36 万元

二、技术参数

| 序号 | 要 求 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 放射源活度：约 10Ci（到达医院安装时的活度） |
| 2 | 放射源外形尺寸：直径 0.9mm，高度 4.52mm |
| 3 | 放射源活性区尺寸：直径 0.6mm，高度 3.5mm |
| 4 | 适用 Gamma Medplus iX 型瓦里安后装治疗机 |
| 5 | 放射源的运输安装以及旧源回收等由瓦里安专业工程师完成。 |